



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **CALIBRADOR DÍMERO D/DÍMERO D CALIBRADOR/D-DIMER CALIBRATOR**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K226**

LOTE/Lot: **10**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year):

04/2025

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year):

07/2026

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360344**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
CALIBRADOR NÍVEL 1 CALIBRADOR NIVEL 1/ LEVEL 1 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	0
CALIBRADOR NÍVEL 2 CALIBRADOR NIVEL 2/LEVEL 2 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	540,00
CALIBRADOR NÍVEL 3 CALIBRADOR NIVEL 3/LEVEL 3 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	1035,00
CALIBRADOR NÍVEL 4 CALIBRADOR NIVEL 4/LEVEL 4 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	3775,00
CALIBRADOR NÍVEL 5 CALIBRADOR NIVEL 5/LEVEL 5 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	8585,00

CALIBRADOR NÍVEL 6	Dentro dos limites internos	15430,00
CALIBRADOR NIVEL 6/LEVEL 6 CALIBRATOR	Dentro de límites internos/Within internal limits	

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 08/04/2025

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG