

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **CALIBRADOR HBA1C**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K092**

LOTE: **0053**

FABRICAÇÃO: **11/2022**

VALIDADE: **03/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360149**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO
CALIBRADOR NÍVEL 1	0,00
CALIBRADOR NÍVEL 2	5,25
CALIBRADOR NÍVEL 3	7,83
CALIBRADOR NÍVEL 4	11,68
CALIBRADOR NÍVEL 5	16,86

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/12/2022



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade