



Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **CALIBRADOR HBA1C/HBA1C CALIBRADOR/HBA1C CALIBRATOR**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K092**

LOTE/Lot: **57**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2024**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **12/2025**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360149**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	CONFORME De acuerdo/According
CALIBRADOR HBA1C NÍVEL 1 CALIBRADOR NIVEL 1 HBA1C/ HBA1C LEVEL 1 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	0
CALIBRADOR HBA1C NÍVEL 2 CALIBRADOR NIVEL 2 HBA1C/ HBA1C LEVEL 2 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	4.65
CALIBRADOR HBA1C NÍVEL 3 CALIBRADOR NIVEL 3 HBA1C/ HBA1C LEVEL 3 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	7
CALIBRADOR HBA1C NÍVEL 4 CALIBRADOR NIVEL 4 HBA1C/ HBA1C LEVEL 4 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	12
CALIBRADOR HBA1C NÍVEL 5 CALIBRADOR NIVEL 5 HBA1C/ HBA1C LEVEL 5 CALIBRATOR	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	16.5

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.
Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 02/10/2024

Lívia Souza

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG