



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CK NAC UV**
Cód. Referência: **K010**
Lote: **164**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360092**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	136,000	132,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	358,000	324,000
SORO HUMANO 01	14882022	24,000	24,333
SORO HUMANO 02	14472022	139,333	141,000
SORO HUMANO 03	14832022	238,667	243,000
SORO HUMANO 04	14772022	102,667	107,333
SORO HUMANO 05	15132022	451,667	462,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br