



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CK NAC UV**
Cód. Referência: **K010**
Lote: **165**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360092**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	130,000	128,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	343,000	331,667
SORO HUMANO 01	5392023	54,667	54,667
SORO HUMANO 02	5402023	92,000	92,333
SORO HUMANO 03	5412023	98,333	95,000
SORO HUMANO 04	5422023	1183,670	1191,670
SORO HUMANO 05	5432023	64,333	70,333
SORO HUMANO 06	5442023	91,667	91,000
SORO HUMANO 07	5452023	47,667	46,000
SORO HUMANO 08	5462023	274,667	275,667
SORO HUMANO 09	5472023	500,333	499,667
SORO HUMANO 10	5582023	114,667	113,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br