



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CK NAC UV**
Cód. Referência: **K010**
Lote: **166**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360092**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	123,000	120,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	343,000	338,333
SORO HUMANO 01	11612023	75,000	78,000
SORO HUMANO 02	11622023	185,000	195,667
SORO HUMANO 03	11632023	73,667	78,667
SORO HUMANO 04	11642023	845,667	903,333
SORO HUMANO 05	11652023	72,333	73,000
SORO HUMANO 06	11662023	1181,330	1247,330
SORO HUMANO 07	11672023	59,000	62,667
SORO HUMANO 08	11682023	1889,670	1965,330
SORO HUMANO 09	11692023	107,667	113,667
SORO HUMANO 10	11702023	27,333	28,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br