



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CLORETOS MONORREAGENTE**
Cód. Referência: **K221**
Lote: **11**
Fabricação: **03/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360329**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	99,000	100,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	120,000	125,000
SORO HUMANO 01	3692023	109,000	110,667
SORO HUMANO 02	3702023	101,000	101,333
SORO HUMANO 03	3712023	110,000	111,667
SORO HUMANO 04	3722023	112,000	113,000
SORO HUMANO 05	3732023	118,000	119,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br