



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL HDL ENZIMATICO**

Cód. Referência: **K015**

Lote: **100**

Fabricação: **06/2022**

Validade: **06/2024**

Registro ANVISA: **10269360082**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	19,000	16,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	45,000	40,000
SORO HUMANO 01	5722022	23,000	20,333
SORO HUMANO 02	2822022	49,000	46,000
SORO HUMANO 03	5842022	36,000	33,333
SORO HUMANO 04	5862022	27,000	29,000
SORO HUMANO 05	5872022	30,000	27,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/07/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br