



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL HDL ENZIMATICO**
Cód. Referência: **K015**
Lote: **101**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2025**
Registro ANVISA: **10269360082**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	17,000	15,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	50,000	55,667
SORO HUMANO 01	6882023	44,000	44,667
SORO HUMANO 02	6922023	19,000	16,667
SORO HUMANO 03	6902023	49,000	48,333
SORO HUMANO 04	6972023	41,000	41,667
SORO HUMANO 05	7032023	13,000	12,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br