



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **56**
Fabricação: **08/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	124,000	129,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	212,000	227,667
SORO HUMANO 01	7172022	136,333	138,333
SORO HUMANO 02	7182022	112,333	113,000
SORO HUMANO 03	7192022	97,000	97,333
SORO HUMANO 04	7202022	109,000	109,667
SORO HUMANO 05	7212022	141,333	141,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br