



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **57**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	124,000	122,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	212,000	212,000
SORO HUMANO 01	12402022	153,000	158,333
SORO HUMANO 02	12412022	142,000	144,333
SORO HUMANO 03	12422022	166,000	169,000
SORO HUMANO 04	12432022	111,000	116,667
SORO HUMANO 05	12442022	155,000	157,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/12/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br