



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **59**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	125,000	122,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	216,000	216,667
SORO HUMANO 01	5392023	115,000	113,667
SORO HUMANO 02	5402023	148,000	145,667
SORO HUMANO 03	5412023	161,000	158,667
SORO HUMANO 04	5422023	119,333	118,667
SORO HUMANO 05	5432023	166,333	165,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/05/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br