



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLESTEROL MONOREAGENTE**
Cód. Referência: **K083**
Lote: **60**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **02/2025**
Registro ANVISA: **10269360141**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	118,000	113,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	218,000	215,667
SORO HUMANO 01	11272023	205,000	208,667
SORO HUMANO 02	11282023	185,667	188,667
SORO HUMANO 03	1292023	232,333	233,000
SORO HUMANO 04	1302023	173,333	175,667
SORO HUMANO 05	1312023	186,000	190,667
SORO HUMANO 06	1322023	145,000	149,000
SORO HUMANO 07	1332023	149,000	152,667
SORO HUMANO 08	1342023	197,333	203,000
SORO HUMANO 09	1352023	149,000	154,000
SORO HUMANO 10	1362023	150,667	151,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br