



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: COLINESTERASE
Cód. Referência: K094
Lote: 34
Fabricação: 08/2022
Validade: 08/2024
Registro ANVISA: 10269360159

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	6089,000	6102,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	8623,000	8583,330
SORO HUMANO 01	4982022	5689,000	5898,670
SORO HUMANO 02	5122022	4899,000	4638,670
SORO HUMANO 03	5232022	4468,000	4023,670
SORO HUMANO 04	5712022	5390,000	5608,330
SORO HUMANO 05	7382022	4487,000	4571,670

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/08/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br