



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLINESTERASE**
Cód. Referência: **K094**
Lote: **35**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360159**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	6480,000	6404,670
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	8779,000	8592,330
SORO HUMANO 01	10082022	5949,670	5660,330
SORO HUMANO 02	10092022	5542,000	5343,000
SORO HUMANO 03	10102022	2857,000	2690,670
SORO HUMANO 04	10112022	5495,000	5308,670
SORO HUMANO 05	12232022	5535,000	5378,670

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br