



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COLINESTERASE**
Cód. Referência: **K094**
Lote: **36**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2025**
Registro ANVISA: **10269360159**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	6480,000	6416,670
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	8779,000	8699,330
SORO HUMANO 01	14552022	6816,000	6948,670
SORO HUMANO 02	15122022	8704,000	8165,670
SORO HUMANO 03	15132022	4820,000	4728,670
SORO HUMANO 04	14512022	3811,000	3762,670
SORO HUMANO 05	14752022	4405,000	4099,330

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br