



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COMPLEMENTO C3**
Cód. Referência: **K076**
Lote: **26**
Fabricação: **03/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360131**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0007	77,800	79,300
SORO HUMANO 01	2652022	179,500	186,200
SORO HUMANO 02	2662022	158,900	165,633
SORO HUMANO 03	2672022	171,800	173,033
SORO HUMANO 04	2712022	181,100	189,033
SORO HUMANO 05	2752022	135,000	136,867

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/03/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br