



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COMPLEMENTO C3**
Cód. Referência: **K076**
Lote: **27**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360131**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0007	77,800	79,867
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	154,900	154,300
SORO HUMANO 01	12392022	151,900	157,333
SORO HUMANO 02	12402022	154,167	157,200
SORO HUMANO 03	12412022	165,033	169,433
SORO HUMANO 04	12422022	156,033	160,567
SORO HUMANO 05	12432022	156,433	160,900

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/10/2022

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br