

Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **COMPLEMENTO C3**
Cód. Referência: **K076**
Lote: **28**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA: **10269360131**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	71,800	69,770
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	148,400	145,580
SORO HUMANO 01	4172023	162,630	165,803
SORO HUMANO 02	4272023	165,850	169,923
SORO HUMANO 03	4302023	191,670	192,327
SORO HUMANO 04	4312023	179,450	179,050
SORO HUMANO 05	4322023	149,250	152,920

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/05/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade