



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COMPLEMENTO C3**
Cód. Referência: **K076**
Lote: **29**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360131**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	71,800	70,567
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	148,400	149,967
SORO HUMANO 01	5392023	157,267	155,667
SORO HUMANO 02	5412023	135,933	133,967
SORO HUMANO 03	5402023	165,200	167,100
SORO HUMANO 04	5422023	163,733	162,967
SORO HUMANO 05	5432023	166,067	163,400

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br