



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COMPLEMENTO C4**
Cód. Referência: **K077**
Lote: **23**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360132**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0007	21,600	21,300
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	41,700	41,333
SORO HUMANO 01	12392022	39,637	38,600
SORO HUMANO 02	12402022	45,627	43,900
SORO HUMANO 03	12412022	34,297	32,467
SORO HUMANO 04	12432022	43,877	41,633
SORO HUMANO 05	12382022	36,137	33,933

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 25/10/2022

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br