



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **COMPLEMENTO C4**
Cód. Referência: **K077**
Lote: **24**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360132**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	18,900	18,533
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	39,500	38,700
SORO HUMANO 01	5392023	30,970	31,800
SORO HUMANO 02	5402023	34,170	33,467
SORO HUMANO 03	3412023	35,530	35,700
SORO HUMANO 04	3422023	50,330	52,067
SORO HUMANO 05	5432023	45,870	51,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br