

Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **CONTROLE HBA1C**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K110**

LOTE: **0037**

FABRICAÇÃO: **11/2022**

VALIDADE: **03/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360177**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado (%)	Intervalo (%)
CONTROLE HBA1C 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	5,50	4,68 – 6,33
CONTROLE HBA1C 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0036	12,82	10,90 – 14,74

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade