

PRODUTO: **CONTROLE HBA1C**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K110**

LOTE: **0038**

FABRICAÇÃO: **06/2023**

VALIDADE: **11/2024**


REGISTRO NA ANVISA: **10269360177**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado (%)	Intervalo (%)
CONTROLE HBA1C 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0038	5,13	4,36 - 5,90
CONTROLE HBA1C 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0038	10,34	8,79 - 11,89

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/06/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade