

PRODUTO: **CONTROLE HBA1C**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K110**

LOTE: **0040**

FABRICAÇÃO: **11/2023**

VALIDADE: **04/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360177**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado (%)	Intervalo (%)
CONTROLE HBA1C 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0039	5,18	4,40 – 5,96
CONTROLE HBA1C 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0039	10,57	8,98 – 12,16

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/12/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade