

**Certificado de Análise**

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **CONTROLE HBA1C/HBA1C CONTROL/HBA1C CONTROL**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K110**LOTE/Lot: **45**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **07/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **04/2027**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360177****Controle de Qualidade do Produto**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>CONTROLE NÍVEL 1</b> CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>5,55 (4,72-6,39)</b>
<b>CONTROLE NÍVEL 2</b> CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>12,99 (11,04 - 14,94)</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 31/07/2025

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG