



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA ENZIMÁTICA**
Cód. Referência: **K161**
Lote: **11**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **01/2024**
Registro ANVISA: **10269360260**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	1,230	1,317
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,190	4,453
SORO HUMANO 01	5122022	0,790	0,803
SORO HUMANO 02	5232022	2,450	2,523
SORO HUMANO 03	4982022	0,420	0,397
SORO HUMANO 04	5732022	0,370	0,407
SORO HUMANO 05	5712022	2,300	2,463

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/08/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br