



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA ENZIMÁTICA**
Cód. Referência: **K161**
Lote: **12**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360260**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	1,510	1,580
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	4,410	4,733
SORO HUMANO 01	3392023	0,630	0,650
SORO HUMANO 02	3402023	3,483	3,533
SORO HUMANO 03	3412023	0,543	0,573
SORO HUMANO 04	3422023	0,533	0,567
SORO HUMANO 05	3432023	0,440	0,470
URINA HUMANA 01	4302023	76,533	80,173
URINA HUMANA 02	4312023	91,050	97,110
URINA HUMANA 03	4322023	48,133	50,233
URINA HUMANA 04	4332023	47,687	49,540
URINA HUMANA 05	4342023	52,030	55,337

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/04/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br