



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA ENZIMÁTICA**
Cód. Referência: **K161**
Lote: **13**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **12/2024**
Registro ANVISA: **10269360260**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	1,140	1,190
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	4,500	4,757
SORO HUMANO 01	7172023	1,070	1,077
SORO HUMANO 02	7182023	1,200	1,137
SORO HUMANO 03	7192023	0,600	0,567
SORO HUMANO 04	7202023	1,090	1,033
SORO HUMANO 05	7212023	0,660	0,607
URINA HUMANA 01	8882023	66,710	70,020
URINA HUMANA 02	8892023	58,750	60,463
URINA HUMANA 03	8902023	86,050	87,237
URINA HUMANA 04	8912023	71,170	72,377
URINA HUMANA 05	8922023	70,360	72,083

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 10/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br