



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA ENZIMÁTICA DEDICADO**

Cód. Referência: **K161**

Lote: **14**

Fabricação: **09/2023**

Validade: **03/2025**

Registro ANVISA: **10269360260**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	1,170	1,173
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	4,500	4,683
SORO HUMANO 01	12432023	1,003	1,007
SORO HUMANO 02	12502023	0,647	0,683
SORO HUMANO 03	12522023	1,463	1,490
SORO HUMANO 04	12532023	0,663	0,710
SORO HUMANO 05	12572023	0,683	0,733
URINA HUMANA 01	5962023	1,843	1,960
URINA HUMANA 02	5972023	4,083	4,353
URINA HUMANA 03	5982023	5,173	5,383
URINA HUMANA 04	5992023	2,797	2,900
URINA HUMANA 05	6002023	3,633	3,783

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br