



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: ALBUMINA MONOREAGENTE DEDICADO
Cód. Referência: K040
Lote: 135.1
Fabricação: 02/2021
Validade: 02/2023
Registro ANVISA: 10269360114

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0069	3,600	3,500
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0053	4,700	4,700

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 25/06/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br