

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE G7 IFCC**
Cód. Referência: **K242**
Lote: **5**
Fabricação: **12/2020**
Validade: **03/2022**
Registro ANVISA: **10269360336**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0067	67,000	61,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	365,000	328,333
SORO HUMANO 01	13472020	208,333	199,667
SORO HUMANO 02	13482020	123,667	119,333
SORO HUMANO 03	13492020	61,667	58,667
SORO HUMANO 04	6332020	54,333	52,333
SORO HUMANO 05	13502020	68,333	64,000
SORO VET 01	V1842020	118,000	146,333
SORO VET 02	V1882020	336,667	344,667
SORO VET 03	V1892020	782,667	798,000
SORO VET 04	V1912020	314,667	338,000
SORO VET 05	2017/0446	1286,670	1295,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/02/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade