

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **AMILASE G7 IFCC**
Cód. Referência: **K242**
Lote: **7**
Fabricação: **10/2021**
Validade: **01/2023**
Registro ANVISA: **10269360336**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0071	75,000	72,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0054	354,000	353,667
SORO HUMANO 01	12082021	64,000	61,333
SORO HUMANO 02	12092021	48,333	47,000
SORO HUMANO 03	12112021	60,000	59,000
SORO HUMANO 04	12122021	55,667	56,333
SORO HUMANO 05	12132021	43,000	42,333
SORO VET 01	V1082021	577,000	570,667
SORO VET 02	V1092021	1622,330	1589,330
SORO VET 03	V1102021	139,333	109,667
SORO VET 05	V1122021	374,667	385,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/11/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade