



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO DEDICADO**
Cód. Referência: **K107**
Lote: **41.1**
Fabricação: **01/2021**
Validade: **07/2022**
Registro ANVISA: **10269360176**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0068	0,420	0,450
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	0,930	1,113

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 22/03/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br