



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST COVID -19 AG**
Cód. Referência: **K244**
Lote: **8**
Fabricação: **04/2021**
Validade: **06/2022**
Registro ANVISA: **10269360335**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	0432021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	5642021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	5592021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	5602021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	5612021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/04/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br