



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST COVID -19 AG**  
Cód. Referência: **K244**  
Lote: **10**  
Fabricação: **06/2021**  
Validade: **08/2022**  
Registro ANVISA: **10269360335**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------------|
| SORO HUMANO 01            | 0442021 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 02            | 0642021 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 03            | 3332021 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 04            | 8402021 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 05            | 8412021 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/06/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130 tel  
31 3499 5454 SAC  
08000315454 www.bioclin.  
com.br