

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOCLIN FAST COVID -19 AG**  
Cód. Referência: **K244**  
Lote: **12**  
Fabricação: **09/2021**  
Validade: **12/2022**  
Registro ANVISA: **10269360335**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	0442021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	0642021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	13232021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	13242021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	13252021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/10/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade