

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE**
Cód. Referência: **K243**
Lote: **4**
Fabricação: **01/2021**
Validade: **01/2022**
Registro ANVISA: **10269360337**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	2021/0523	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	2020/354	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	2020/1189	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	2020/660	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	2020/1884	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/02/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade