



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE**
Cód. Referência: **K243**
Lote: **5**
Fabricação: **02/2021**
Validade: **02/2022**
Registro ANVISA: **10269360337**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	6242021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	6262021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	6272021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	6282021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	6292021	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/05/2021

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br