



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE
Cód. Referência: K243
Lote: 6
Fabricação: 07/2021
Validade: 02/2022
Registro ANVISA: 10269360337

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	9852021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	9812021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	9782021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	9772021	Positivo	Positivo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 23/07/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br