

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA COVID-19 ANTICORPO NEUTRALIZANTE**
Cód. Referência: **K243**
Lote: **7**
Fabricação: **09/2021**
Validade: **09/2022**
Registro ANVISA: **10269360337**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	9762021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	9772021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	9782021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	9792021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	12602021	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/09/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade