

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA COVID-19 AC TOTAL**  
Cód. Referência: **K236**  
Lote: **4**  
Fabricação: **05/2021**  
Validade: **05/2022**  
Registro ANVISA: **10269360339**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	12962021	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	12982021	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	12972021	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 04	13002021	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	13032021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 01	12672021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	12662021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	12682021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	12702021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	12692021	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/09/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade