



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA LEISHMANIOSE FELINA IGG**
Cód. Referência: **VET047**
Lote: **1/21**
Fabricação: **08/2021**
Validade: **08/2022**
Registro MAPA: **10.353/2020**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0822021	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0832021	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0842021	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0852021	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V0862021	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/09/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br