



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA SARS COV-2 IGM**  
Cód. Referência: **K233**  
Lote: **6**  
Fabricação: **12/2020**  
Validade: **12/2021**  
Registro ANVISA: **10269360331**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SORO HUMANO 01            | 9662020  | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 02            | 10912020 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 03            | 10962020 | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 04            | 11002020 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 05            | 11072020 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 06            | 10002020 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 07            | 11182020 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 08            | 11192020 | Negativo           | Negativo             |
| SORO HUMANO 09            | 9272020  | Positivo           | Positivo             |
| SORO HUMANO 10            | 10062020 | Positivo           | Positivo             |

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/01/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br