



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: BIOLISA SARS COV-2 IGM
Cód. Referência: K233
Lote: 12
Fabricação: 07/2021
Validade: 07/2022
Registro ANVISA: 10269360331

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	0762021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	10032020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	0812021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	2020/233	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 05	0732021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	0752021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	9322020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7912021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 09	7922021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	8002021	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 28/07/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br