



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA SARS COV-2 IGM**
Cód. Referência: **K233**
Lote: **13**
Fabricação: **10/2021**
Validade: **10/2022**
Registro ANVISA: **10269360331**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	0762021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	0812021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 03	0732021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	0752021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	2020/233	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 06	0682021	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	5452020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 08	9992020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	0822021	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 10	0832021	Negativo	Negativo

Verificar a fórmula do cálculo do cut-off descrita na instrução de uso do produto.

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/10/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br