



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIOLISA COVID-19 IGM**
Cód. Referência: **K230**
Lote: **4**
Fabricação: **06/2020**
Validade: **11/2020**
Registro ANVISA: **10269360326**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PAPEL FILTRO 01	6892020	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 02	6902020	Positivo	Positivo
PAPEL FILTRO 03	6912020	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 04	6922020	Negativo	Negativo
PAPEL FILTRO 05	6932020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	2020/103	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	6942020	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	5392020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	5402020	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	5412020	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/07/2020

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br