



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **CINOMOSE AG VET FAST**  
Cód. Referência: **VET005**  
Lote: **1/21**  
Fabricação: **03/2021**  
Validade: **08/2022**  
Registro MAPA: **10.282/2019**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| AMOSTRA VET 01            | V0862020 | Positivo           | Positivo             |
| AMOSTRA VET 02            | V0942020 | Negativo           | Negativo             |
| AMOSTRA VET 03            | V0242020 | Negativo           | Negativo             |
| AMOSTRA VET 04            | V0222020 | Negativo           | Negativo             |
| AMOSTRA VET 05            | V0212020 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/04/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br