



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: CINOMOSE AG VET FAST  
Cód. Referência: VET005  
Lote: 2/21  
Fabricação: 06/2021  
Validade: 08/2022  
Registro MAPA: 10.282/2019

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra   | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| AMOSTRA VET 01            | 2021/0400 | Positivo           | Positivo             |
| AMOSTRA VET 02            | V0242020  | Negativo           | Negativo             |
| AMOSTRA VET 03            | V0212020  | Negativo           | Negativo             |
| AMOSTRA VET 04            | V0912020  | Positivo           | Positivo             |
| AMOSTRA VET 05            | V0862020  | Positivo           | Positivo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 10/06/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br