

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **FERRO SÉRICO**
Cód. Referência: **K017**
Lote: **112**
Fabricação: **05/2020**
Validade: **05/2022**
Registro ANVISA: **10269360110**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0065	120,000	133,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0051	197,000	196,333
SORO HUMANO 01	4782020	65,333	69,500
SORO HUMANO 02	4792020	39,000	35,667
SORO HUMANO 03	4802020	30,333	29,000
SORO HUMANO 04	4812020	40,000	41,333
SORO HUMANO 05	4822020	96,000	98,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/05/2020



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

